

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeitura Municipal de Água Branca
Pregão Eletrônico - 15/2024

Resultado da Homologação

0001 - Aparelho de Raios X – Panorâmico, com as seguintes especificações mínimas: Digital, preparado para o paciente posicionado tanto em pé como também sentado. O aparelho deve ser composto de coluna fixada no piso/parede ou sobre base/parede. Deve realizar no mínimo os seguintes exames: Panorâmica Infantil, Adulto; Planigrafia das Articulações Temporomandibular (ATMs); Planigrafia Frontal dos Seios Maxilares; Telerradiografia Láttero-Lateral; Telerradiografia Pósterio-Anterior; Teleradiografia Antero-Posterior; Telerradiografia 45 graus. Ampliação da imagem em proporção constante. Seleção automática ou manual kVp. Funções mínimas: ajuste de brilho, contraste e gamma; filtros. - 2D CEPH - PAN + TELE (1 SENSOR) - Valor Referência: 226.307,00

| Fornecedor | Modelo | Quantidade | Valor Final | Valor Total | Situação |
|--|---------------------------------|------------|-------------|-------------|---|
| ALLIAGE SA INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGICA | 2D CEPH - PAN + TELE (1 SENSOR) | 1 Unidade | 109.200,00 | 109.200,00 | Homologado em 12/06/2024 08:54:17 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA |

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

